

## **Dostawa aparatury naukowo - badawczej do monitoringu stanów wód podziemnych i powierzchniowych oraz ich jakości.**

Kierownik w ramach Projektu LIFE11 NAT/PL/422 pn. „Ochrona Siedlisk mokradłowych doliny Górnej Biebrzy”, współfinansowanego przez instrument finansowy LIFE Wspólnoty Europejskiej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Biebrzański Park Narodowy,

### **Wprowadza zmiany w treści SIWZ**

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz, 759, z późn. zm.) Kierownik Projektu informuje, że w dniu 20 marca 2013r. w wyniku uwzględnienia zapytania dotyczącego zmiany zapisów SIWZ w przetargu nieograniczonym pn. „Dostawa aparatury naukowo - badawczej do monitoringu stanów wód podziemnych i powierzchniowych oraz ich jakości.” znak GB/ZP-AB/D1-3 zmienia treść SIWZ:

#### **1. W Części II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia**

**wprowadza się następujące zmiany w punkcie 2. 1):**

**było:**

Część I przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę automatycznych rejestratorów zmian poziomu zwierciadła wody, na którą składają się:

- urządzenia do automatycznej rejestracji zmian poziomu i temperatury wód podziemnych i powierzchniowych - 39 szt.
- urządzenie do automatycznej rejestracji zmian ciśnienia atmosferycznego w piezometrach typu Barodiver - 1 szt.
- urządzenie wraz z oprogramowaniem do sczytywania i analizy danych z w/w czujników - 1 kpl.

**jest po zmianach:**

Część I przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę automatycznych rejestratorów zmian poziomu zwierciadła wody, na którą składają się:

- urządzenia do automatycznej rejestracji zmian poziomu i temperatury wód podziemnych i powierzchniowych - 39 szt.
- urządzenie do automatycznej rejestracji zmian ciśnienia atmosferycznego, służące do kompensacji danych otrzymanych z rejestratorów zanurzeniowych - 1 szt.
- urządzenie (stacja dokująca) wraz z oprogramowaniem w języku polskim do sczytywania i analizy danych z w/w czujników - 1 kpl.

**2. W Załączniku nr 5 do SIWZ: Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia**

**wprowadza się następujące zmiany w podpunkcie a) w kolumnie tabeli „Wymagania minimalne”:**

**było:**

Urządzenie do pomiaru i rejestracji ciśnienia atmosferycznego typu Barodiver – 1szt.

**jest po zmianach:**

Urządzenie do pomiaru i rejestracji ciśnienia atmosferycznego, służące do kompensacji danych otrzymanych z rejestratorów zanurzeniowych – 1szt.

**było:**

Czujnik ciśnienia: ceramiczny

**jest po zmianach:**

Czujnik ciśnienia: ceramiczny bądź wykonany z innych równie trwałych bądź trwalszych i odpornych na korozję materiałów.

**było:**

Wymiary: średnica nie większa niż 22 mm, długość nie większa niż 100 mm

**jest po zmianach:**

Wymiary: średnica nie większa niż 22 mm,

**było:**

Waga: nie przekraczająca 80g

**jest po zmianach:**

Waga: nie przekraczająca 200g

**było:**

Oprogramowanie umożliwiające podgląd danych i kopiowanie ich do arkusza kalkulacyjnego Excel.

**jest po zmianach:**

Oprogramowanie umożliwiające ustawienie trybu rejestracji, eksport danych do komputera klasy PC (notebook), kasowanie pamięci rejestratora, podgląd danych w formie tabelarycznej i graficznej, eksport do formatu .xls oraz tekstowego.

Oprogramowanie dostarczone na nośniku pozwalającym na instalację na komputerze klasy PC (notebook) z systemem Windows 7 i pochodnymi.

W związku z powyższymi zmianami zmianie ulega treść Załącznika nr 5 do SIWZ.

**Zatwierdził:**

**Dyrektor  
Biebrzańskiego Parku Narodowego  
Roman Skąpski**